

Số: 135/YCBG -BVĐKPY

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 10 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức chọn đơn vị mua sắm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Huỳnh Thị Hoa Lài, bộ phận văn thư; số điện thoại: 02573 829 023
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 15 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk.
(Báo giá đến phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung: báo giá hàng hóa, dịch vụ...theo yêu cầu báo giá số...ngày..., tháng..., năm... của bệnh viện đa khoa Phú Yên)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
- Từ 08h ngày 21...tháng 10 năm 2025 đến trước 17h ngày 31...tháng 10 năm 2025⁽²⁾
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
- Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 31...tháng 10 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục hàng hoá và các dịch vụ liên quan.

Số T T	Danh mục hàng hoá	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng/ Khối lượng
1	Máy điện tim 3 cần	- Máy có màn hình tinh thể lỏng ≥ 5.0 inch giúp quan sát 12 đạo trình điện tim cùng lúc; - Điện trở vào: $\geq 50M\Omega$ (tại 0.67 Hz); - Điện cực offset: ± 550 mV; - Tính năng bảo vệ ngõ vào: chức năng bảo vệ chống sốc điện; - Dòng mạch vào: $< 0.05\mu A$; - Chuẩn độ điện thế: 10mm/mV, không hơn $\pm 2\%$; - Nhiễu trong: $\leq 20\mu V_{p-p}$; - Kênh tham chiếu: $\leq -40dB$;	Máy	01

		- Đáp ứng tần số: 10 Hz điểm chuẩn, 0.05 đến 150 Hz (+0.4 dB / -3.0 dB), 150 Hz ($\geq 71\%$ lọc thông cao: 150 Hz); - Tần số mẫu ≥ 8000 mẫu/giây; - Năm sản xuất: 2025; - Xuất xứ:; - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng.		
2	Đồng hồ đo áp lực bóng chèn khí quản	- Mặt đồng hồ đo $\geq \varnothing 68\text{mm}$, có móc treo; - Đồng hồ đo có 2 khu vực: + Cho ống mở khí quản (22-32 cmH₂O); + Cho ống đặt nội khí quản và mask khí quản (32-60 cmH₂O); - Năm sản xuất: 2025; - Xuất xứ:; - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng.	Cái	02

Lưu ý: Báo giá mà Bệnh viện nhận được là báo giá trọn gói, đã bao gồm thuế, vận chuyển lắp đặt và các chi phí liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GĐBV (để biết);
- Tổ vi tính (Đăng Website bệnh viện);
- Đăng tải Website SYT;
- Lưu: VT; phòng VT-TBYT.



Bùi Anh Hòa