

Số: 191 /TMBG-BVĐKPY

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 06 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức chọn đơn vị mua sắm hàng hoá, dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Huỳnh Thị Hoa Lài, bộ phận văn thư; số điện thoại: 02573 829 023
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 15 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk.
(Báo giá đến phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung: báo giá hàng hóa, dịch vụ...theo thư mời báo giá số...ngày..., tháng..., năm... của bệnh viện đa khoa Phú Yên)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
 - Trước 17h ngày 08...tháng 06 năm 2026⁽²⁾
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
 - Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tiếp nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục hàng hoá và các dịch vụ liên quan.


Số TT	Danh mục hàng hoá	Mô tả tính năng kỹ thuật	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Thời gian thực hiện dịch vụ, hàng hoá
01	Bộ đặt nội khí quản người lớn	I. Cấu hình bao gồm: - 01 cán pin trung dạng sọc có bóng đèn LED 3.7V; - 01 lưới cong Macintosh số 2; - 01 lưới	02	Bộ	≤ 30 ngày

		<p>cong Macintosh số 3; - 01 lõi cong Macintosh số 4; - 01 hộp đựng bằng nhựa.</p> <p>II. Thông số kỹ thuật: Cán đèn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cán pin trung dạng sọc, bề mặt có rãnh giúp cầm chắc và dễ vệ sinh; - Thay bóng nhanh, dễ thao tác; - Có thể tiệt trùng ở nhiệt độ 134°C (không bao gồm bóng đèn và pin); - Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 7376 (Green Standard). <p>Lõi đèn sợi quang tích hợp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết cấu kim loại chất lượng cao, độ bền sử dụng lâu dài; - ≥ 8.000 sợi quang cho nguồn sáng tối ưu (áp dụng cho lõi cong số 2, 3, 4); - Phát xạ ánh sáng tối ưu với tiết diện lớn nhất có thể (3 x 7 mm); - Dòng định danh LED: 400 mA; - Có thể tiệt trùng ở nhiệt độ 134°C; - Có mã Data-Matrix để truy xuất thông tin sản phẩm trên lõi đèn; - Hãng/nước sản xuất: ... - Năm sản xuất: năm 2026 hoặc mới hơn. 			
--	--	--	--	--	--

Lưu ý: Báo giá mà Bệnh viện nhận được là báo giá trọn gói, đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển và các chi phí liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GĐBV (để biết);
- Tổ vi tính (Đăng Website bệnh viện);
- Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia;
- Lưu: VT; P.VT-TBYT.



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Anh Hòa