

Số: 271 /YCBG-BV

Phú Yên, ngày 16 tháng 06 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức chọn đơn vị mua sắm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Nguyễn Thị Minh Phú, bộ phận văn thư; số điện thoại: 02573 829 023
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 15 Nguyễn Hữu Thọ phường 9, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.

(Báo giá đến phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung: báo giá hàng hóa, dịch vụ...theo yêu cầu báo giá số...ngày..., tháng..., năm... của bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ 08h ngày 16 tháng 06 năm 2025 đến trước 17h ngày 26 tháng 06 năm 2025⁽²⁾
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

- Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 16 tháng 06 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục hàng hoá và các dịch vụ liên quan.

Số TT	Danh mục hàng hoá	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng/ Khối lượng
1	Máy holter điện tim 12 kênh	THÔNG SỐ KỸ THUẬT: - Số đạo trình đo được: 12 kênh - Nguồn cung cấp: một pin AAA - Kết nối cổng USB 2.0 - Trở kháng đầu vào: $\geq 10M\Omega$ - Tốc độ lấy mẫu: $\geq 10000\text{Hz}$ - Độ chính xác lấy mẫu: 12bit - Thời gian ghi tín hiệu $\geq$ lưu trữ 48 giờ - Tín hiệu nhỏ nhất đo được: $50 \mu\text{V p-p}$ - Trọng lượng máy: $\leq 70 \text{ g}$ (Không bao gồm pin) - Năm sản xuất: 2025 - Xuất xứ:	Máy	03

Lưu ý: Báo giá mà Bệnh viện nhận được là báo giá trọn gói, đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (đ/b);
- Tổ vi tính (Đăng Website bệnh viện);
- Đăng tải Website SYT;
- Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia;
- Lưu: VT; VT-TBYT.



Bùi Anh Hòa