

Số: 282/YCBG-BV

Phú Yên, ngày 25 tháng 06 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức chọn đơn vị mua sắm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Nguyễn Thị Minh Phú, bộ phận văn thư; số điện thoại: 02573 829 023
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 15 Nguyễn Hữu Thọ phường 9, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.
(Báo giá đến phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung: báo giá hàng hóa, dịch vụ...theo yêu cầu báo giá số...ngày..., tháng..., năm... của bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
- Từ 08h ngày..25...tháng 06 năm 2025 đến trước 17h ngày..04...tháng 07 năm 2025⁽²⁾
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
- Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày..04...tháng 07 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục hàng hoá và các dịch vụ liên quan.

STT	Danh mục hàng hóa	Tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Máy điện châm (có đầu dò huyết)	- Nguồn điện: 220V/50Hz - Công suất tiêu thụ tối đa: $\leq 5W$ - Có chức năng dò huyết tự động với độ nhạy phù hợp điều trị châm cứu - Tích hợp tối thiểu 6 chế độ sóng điều trị: liên tục, không liên tục, nén, cơ bản, giao động, tắt/mở - Có khả năng kết hợp nhiều kênh điều trị đồng thời - Số lượng jack cắm đầu ra: ≥ 6 cổng loại 3.5mm - Năm sản xuất: 2025 trở về sau - Xuất xứ:	Máy	06

2	Máy điện xung đa năng (cầm tay)	- Tối thiểu 2 kênh điều chỉnh độc lập - Cường độ dòng ra: tối đa 110 mA trên tải 500Ω - Dạng sóng: xung vuông lưỡng cực không đối xứng - Hiệu điện thế đầu ra: tối đa 55V trên tải 500Ω - Nguồn cấp: Pin 9V hoặc tương đương - Tần số xung điều chỉnh từ 2–150 Hz - Độ rộng xung điều chỉnh từ 50–300 μs - Tích hợp các chế độ điều trị: TEN, EMS với nhiều chế độ lập trình sẵn phù hợp phục hồi chức năng - Năm sản xuất: 2025 trở về sau - Xuất xứ:	Máy	06
3	Máy điện xung (≥10 cổng)	- Sử dụng sóng trung tần kết hợp nhiệt trị liệu - Nguồn điện: 220V - Tần số xung: 25–800 Hz - Thời gian điều trị tối đa: ≥ 90 phút - Công suất: ≤ 50W - Nhiệt độ điều trị tối đa: ≤ 65°C - Tối thiểu 3 tốc độ xung, 4 dạng sóng điều trị luân phiên - Có ít nhất 10 cổng ra độc lập - Năm sản xuất: 2025 trở về sau - Xuất xứ:	Máy	02

Lưu ý: Báo giá do các đơn vị cung cấp là báo giá trọn gói cho hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, đã bao gồm đầy đủ thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và các chi phí liên quan khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GĐBV (để biết);
- Tổ vi tính (Đăng Website bệnh viện);
- Đăng tải Website SYT;
- Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia;
- Lưu: VT; phòng VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


Đào Quang Thanh