

Số : *386* /CV-BV

Phú Yên, ngày *25* tháng 3 năm 2021

Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT- BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị Y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Công văn số 5888/BYT-TB-BYT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT;

Căn cứ theo kế hoạch mua sắm đã được thông qua Hội đồng khoa học Kỹ thuật của Bệnh viện;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đang có kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế thuộc Dự án: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị Y tế phục vụ chuyên môn. Nay Bệnh viện thông báo đến các đơn vị cung cấp trang thiết bị Y tế trong toàn quốc có nguyện vọng tham gia Dự án cần gửi thông tin với những nội dung yêu cầu như sau:

+ **Tên trang thiết bị y tế:** Máy Holter điện tim

+ **Số lượng:** 02 cái

+ **Đơn giá:** đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, phí vận chuyển đến kho của bệnh viện.

+ **Thời gian cung cấp thông tin:** Trước ngày 29 /3/ 2021

+ **Địa điểm gửi thông tin:** Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên

Địa chỉ: 15 Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

+ **Hình thức gửi thông tin:** Bằng đường Bưu điện hoặc gửi trực tiếp

+ **Địa chỉ nhận:** Phòng Vật tư - TBYT thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên

(Yêu cầu kỹ thuật mà các đơn vị cung cấp cần nêu rõ theo Phụ lục đính kèm)

Để Bệnh viện có thể lựa chọn những trang thiết bị y tế phù hợp với nhu cầu của đơn vị và kinh phí được đầu tư, rất mong được sự quan tâm của tất cả các đơn vị cung cấp và nhà sản xuất trang thiết bị trên toàn quốc. *ve*

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VT, VT-TBYT



NGUYỄN MINH HOÀNG

PHỤ LỤC

Đính kèm theo Công văn số: ngày tháng 03 năm 2021 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên

TT	Tên thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật:
1	Máy Holter điện tim	<p>1. Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none">-Model:-Hãng sản xuất:-Nước sản xuất:-Năm sản xuất: Từ năm 2020 trở về sau-Tình trạng thiết bị: Mới 100%-Tiêu chuẩn chất lượng:-Đạt chứng chỉ: ISO 13485:2003, ISO 9001:2008, ...-Điều kiện hoạt động về môi trường, độ ẩm, nguồn điện sử dụng-Phân nhóm theo Thông tư số 14/2020/TT- BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị Y tế tại các cơ sở y tế công lập; <p>2. Cấu hình kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none">+Cấu hình chuẩn, đầy đủ các phụ kiện, và nêu rõ đầy đủ các thành phần chính cấu thành của thiết bị y tế, số lượng đơn vị tính <p>3. Yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mục đích sử dụng, nguyên lý hoặc động, công nghệ của máy.b. Yêu cầu kỹ thuật<ul style="list-style-type: none">-Nêu rõ các tính năng kỹ thuật của từng thành phần chính cấu thành máy theo thứ tự đã nêu tại mục 2c. Chức năng khác: Nêu các chức năng khác của thiết bị <p>4. Yêu cầu khác</p> <ul style="list-style-type: none">-Cam kết về thời gian bảo hành, thay đổi thiết bị khác cùng chủng loại khi thiết bị hư hỏng mà sửa chữa trên 30% giá trị thiết bị trong thời gian bảo hành.-Nêu số lần bảo trì trong thời gian bảo hành.-Kiểm định, kiểm chuẩn đối với thiết bị theo Quy định của Bộ Y tế.-Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng > 8 năm-Cung cấp Catalogue gốc, tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt