

Số: 228/TMBG-BVĐKPY

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 07 năm 2026

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức chọn đơn vị mua sắm với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Huỳnh Thị Hoa Lài, bộ phận văn thư; số điện thoại: 02573 829 023
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 15 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk.  
(Báo giá đến phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung: báo giá hàng hóa, dịch vụ...theo thư mời báo giá số...ngày..., tháng..., năm... của bệnh viện đa khoa Phú Yên)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá:
  - Đến trước 17h ngày 09 tháng 07 năm 2026<sup>(2)</sup>
  - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
  - Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 09 tháng 07 năm 2026.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục hàng hoá và các dịch vụ liên quan.

Số TT	Danh mục hàng hoá	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng/ Khối lượng
01	Máy hút dịch	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đạt chứng nhận ISO 13485, CE, FCS hoặc tương đương;</li><li>Cấu hình chuẩn, gồm:<ul style="list-style-type: none"><li>- 01 Máy hút chính: tốc độ hút <math>\geq 60</math> lít/phút với động cơ không dầu;</li><li>- 02 Bình chứa dịch <math>\geq 5000</math>ml có thể hấp tiệt trùng với hệ thống van chống tràn;</li><li>- 02 Bộ lọc Antibacterial và Hydrohobic;</li><li>- 02 Bộ ống Silicon 8x14 có thể tiệt trùng được;</li><li>- 02 Đầu nối dùng cho ống hút silicon có cỡ từ đường kính 10, 11, 12mm;</li><li>- 01 Dây nguồn với phích cắm;</li></ul></li></ul>	Máy	03

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Có Bộ chuyên đổi chọn lựa bình;</li> <li>- 01 Công tắc bàn đạp chân;</li> <li>- 01 Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt;</li> </ul> <p>Tính năng kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motor: Bơm pittông không dầu ;</li> <li>- Cấp nguồn: 220V- 230V,50Hz ;</li> <li>- Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: <math>\geq 60</math> lít/phút;</li> <li>- Có thể điều chỉnh áp lực cực đại : - 0.90Bar; -90kPa; -675mmHg;</li> <li>- Mức nhiễu ồn: <math>\leq 60</math> dBA</li> <li>- Chu kỳ hoạt động: Hoạt động liên tục;</li> <li>- Năm sản xuất: năm 2026 ;</li> <li>- Xuất xứ: thuộc các nhóm nước G7</li> <li>- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng.</li> </ul>		
--	---	--	--

**Lưu ý:** Báo giá mà Bệnh viện nhận được là báo giá đã bao gồm thuế, chi phí hàng hóa, vận chuyển, bàn giao lắp đặt hoàn thiện đưa vào sử dụng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GĐBV (để biết);
- Tổ vi tính (Đăng Website bệnh viện);
- Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia;
- Lưu: VT; phòng VT-TBYT.



**GIÁM ĐỐC**

*hr*  
**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

*Bùi Anh Hòa*